

25.07.2017 № 1-584

На № _____ от _____

Потребителям продукции
Компании «Еламед»

Уважаемый потребитель!

Обращаем Ваше внимание, что в ходе проверки ЦМТУ «Росстандарт», выпускаемые нашей компанией изделия имеют ряд замечаний о несоблюдении требований ТР ТС 020/2011. Перечень изделий:

- Аппарат магнитотерапевтический Алмаг-03 за период производства с 01.02.2017 по 26.06.17. (отсутствует страна изготовителя на изделии; в руководстве по эксплуатации не прописана информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия).

- Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный портативный «МАГ-30» за период производства с 01.04.2017 по 26.06.2017. (в руководстве по эксплуатации не прописана информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия).

- Устройство теплового лечения придаточных пазух носа и гортани «УТЛ-01» за период производства с 01.04.2017 по 26.06.2017. (в руководстве по эксплуатации не прописана информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия).

- Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 за период производства с 01.04.2017 по 26.06.2017. (на изделии не прописаны его основные параметры и характеристики, отсутствует маркировка страны изготовителя; на изделии и упаковке не нанесен единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза).

- Аппарат для магнитоакустической терапии портативный «Магофон-01» за период производства с 01.10.2016 по 26.06.2017. (на изделии указан товарный знак «Елочка» совместно с “YELATMA INSTRUMENT-MAKING ENTERPRISE”, что не соответствует зарегистрированным товарным знакам Компании).

Для принятия решения о дальнейших действиях с вышеуказанной продукцией, рекомендуем Вам обратиться за консультацией по телефону (4912) 51-35-65 доб. 1059.

Генеральный директор



М.Н. Панин

Исполнитель:

Директор по качеству

Поволокин Алексей Владимирович

Тел. (4912) 51-35-65 доб. 1351